


文件号	CEPREI-PVL-117-2018
版本号/修改状态	1.0/0



口腔卫生器具  
安全与电磁兼容认证规则

2019年1月4日发布

2019年1月4日实施

广州赛宝认证中心服务有限公司

## 批 准 页

编制：黄伟明

日期：2018-12-7

审核：胡雄锋

日期：2019-1-2

批准：赵国祥

日期：2019-1-4

## 目 录

0 前言 .....	4
1 适用范围 .....	4
2 认证依据标准 .....	4
4.单元划分 .....	5
6 认证的实施 .....	5
7 获证后监督 .....	5

## 0 前言

本规则与 CEPREI-PVL-100-2016 《家用和类似用途电器安全与电磁兼容认证通则》结合使用。本规则中省略的部分章节,表示 CEPREI-PVL-100-2016 中的相应规定适用于本认证规则;本规则中写明“代替”的部分,则以本规则的条文为准;CEPREI-PVL-100-2016 规定“在具体认证规则中规定”的章节,本规则中直接规定;本规则中写明“增加”的部分,表示除要符合 CEPREI-PVL-100-2016 相应条文外,还必须符合本规则所增加的条文;本规则中写明“修改”的部分,CEPREI-PVL-100-2016 相应条文做适应性调整。

## 1 适用范围

增加:本规则适用于单相器具额定电压不超过 250V 的电动口腔卫生器具的赛宝安全与电磁兼容认证,可选做安全认证或电磁兼容认证或安全+电磁兼容认证。

## 2 认证依据标准

### 2.1 安全标准:

GB4706.1-2005 《家用和类似用途电器的安全 第 1 部分:通用要求》

GB4706.59-2008 《家用和类似用途电器的安全 口腔卫生器具的特殊要求》

## 4.单元划分

该条增加下述内容：产品种类（牙刷、口腔注洗器等）、电源种类（直流、交流）、额定电压、控制方式（机械控制方式、电子线路控制方式）、额定输入功率均相同，可划分为同一申请单元。

## 6 认证的实施

### 6.4.2 工厂质量保证能力检查

修改：《家用和类似用途电器产品认证工厂质量控制例行检测要求》（附件

3）试验项目中删去“接地电阻”。

## 7 获证后监督

### 7.2 监督检查的内容

修改：《家用和类似用途电器产品认证工厂质量控制例行检测要求》（附件

3）试验项目中删去“接地电阻”。

### 7.3 监督抽样检测（必要时）

#### 7.3.2 抽样数量

抽样数量为每一种类产品抽取 1 台样品。

#### 7.3.3 抽样检测要求

修改：抽样检测要求（附件 4）中删去第 20 章 稳定性和机械危险、第 27 章接地措施。